



試験結果の例

応力-歪み曲線(アーム比 1:2)



等塑性仕事面

等塑性仕事面(降伏関数)鋼材の例




仕様			
適合本体	AG-250kNXPlus AG-300kNXPlus	AG-100kNXPlus	—
最大試験力	50	20	kN
試験力精度※1	1級	—	—
試験力計測範囲※1	1/1~1/50	—	—
対応試験体形状※2	幅30、1辺150、180、210の十字試験片	—	mm
二軸の引張比	1:1、1:1.5、1:2	—	—
ストローク(片振)	7.5	—	mm
安全・保護装置	ソフトストロークリミッター 最高速度入力ソフトリミッター	—	—
大きさ	ベース部(突起部除く): □540 高さ: 347.2(1:1試験時)	—	mm
質量	ベース部: 160 上側負荷部: 30	—	kg
使用環境	温度範囲: +10~+35 湿度範囲: 20~80	—	℃ %

※1 50kNに対して。

※2 スペーサ治具により3種類の試験体形状に対応。

180、210用アダプタはオプション。その他寸法は別途お問い合わせください。



据付図

後方に500mmの作業スペースを確保ください。



本社地区事業所及び関連事業所認証取得

株式会社 島津製作所

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03) 3219-(官公庁・大学担当) 5631・(会社担当) 5735
関西支社 530-0012 大阪府北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6661
札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011) 700-6605
東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231
郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790
つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515
北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0082
横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045) 311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615
静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川2丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054) 285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7532
京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1602
神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町93 栄光ビル9階 (078) 331-9665
岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511
四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 住友生命高松ビル9階 (087) 823-6623
広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082) 248-4312
九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

グローバルアプリケーション開発センター

京都 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 (075) 823-1153
東京/バテグラサ 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3 (03) 3219-5857

<http://www.an.shimadzu.co.jp/test/>